



جمهوری اسلامی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران

بهرتعالی

شماره

تاریخ

پوست

صفحه ۲ از ۲

اداره امور آزمایشگاهها - واحد کالیبراسیون

شماره علامت گذاری: ۵۴۵۷

نام و نوع دستگاه: لودسل کشش

جدول کالیبراسیون

ردیف	جرم واقعی	مقدار خوانده شده	ملاحظات
۱	۲۰۰g	0.2kg	آزمون بارگذاری
۲	۵۰۰g	0.50kg	آزمون بارگذاری
۳	۱kg	1.00kg	آزمون بارگذاری
۴	۲kg	2.00kg	آزمون بارگذاری
۵	۵kg	5.00kg	آزمون بارگذاری
۶	۱۰kg	10.00kg	آزمون بارگذاری
۷	۱۵kg	15.00kg	آزمون بارگذاری
۸	۲۰kg	19.99kg	آزمون بارگذاری
۹	۳۰kg	30.00kg	آزمون بارگذاری
۱۰	۴۰kg	40.00kg	آزمون بارگذاری
۱۱	۵۰kg	49.99kg	آزمون بارگذاری
۱۲	۶۰kg	59.98kg	آزمون بارگذاری
۱۳	۹۰kg	89.96kg	آزمون بارگذاری
۱۴	۱۱۰kg	109.90kg	آزمون بارگذاری
۱۵	۱۴۰kg	139.86kg	آزمون بارگذاری
۱۶	۱۶۰kg	154.83kg	آزمون بارگذاری
۱۷	۱۷۵kg	174.80kg	آزمون بارگذاری

نتیجه: در این حال دستگاه فوق‌الذکر مطابق با استاندارد ملی مربوطه بوده و در رده درستی  $M_2$  قبول اعلام می‌گردد.

- میزان حد رواداری مورد نیاز متقاضی  $\pm 0.1kg$  بوده که می‌بایست با استفاده از جدول فوق توزین گردد.

ساری: خیابان معلم، صندوق پستی ۵۵۹ - کدپستی ۴۷۴۱۹ - ۴۸۱۷۸ تلفن: ۱۴ - ۳۲۵۵۴۱۰ - دورنویس: ۳۲۴۸۶۲۷ - ۳۲۶۹۰۰۱ (۰۱۵۱)

پست الکترونیکی: mazandaran@isiri.com

پایگاه اطلاع رسانی: www.ISIRI-Sary.ir

