



Certificate Number
68002-1

Date: ۸۰/۹/۲۸ No: شماره: ۱۲۵۳/۵۵۳۹۳ Ref: پیوست :

مدیریت محترم شرکت کوپا پژوهش
جناب آقای محمدرضا میکانیک

باسلام

احتراما، عطف به نامه شماره ۷۴۱-۸۰ مورخ ۸۰/۹/۲۱ بدینوسیله با اطلاع
میرساند دستگاه سختی سنج استاتیک ساخت شرکت کوپا پژوهش به مدت دو هفته
تحت نظر این آزمایشگاه قرار گرفت که در این مدت دستگاه با روشهای ویکرز - برنیل و
راکول مطابق با استانداردهای :

BS EN ISO ۶۵۰۸-۲ : ۱۹۹۹

BS EN ISO ۶۵۰۶-۲ : ۱۹۹۹

BS EN ISO ۶۵۰۷-۲ : ۱۹۹۹

کنترل شد که نتایج بدست آمده حاکی از صحت دستگاه در محدوده های مورد آزمایش
مطابق با استانداردهای مذکور می باشد. ضمنا توصیه می شود که فرآیند کنترل عملکرد
دستگاه مذکور پس از هر ۵۰۰ بار اندازه گیری مطابق با استانداردهای مذکور تکرار شود
تا خطی بودن دستگاه محرز گردد.

با تشکر

مجموعه آزمایشگاهی ساپکو

شماره

۸-۹،۲۸