



جمهوری اسلامی ایران

موسسه اسنادار و تحقیقات صنعتی ایران

اداره کل اسنادار و تحقیقات صنعتی مازندران

اداره امور آزمایشگاهها - واحد کالیبراسیون

بمقیاسی

شماره

تاریخ

پست

صفحه ۲ از ۲

شماره گواهی نامه : 6651		نام و نوع دستگاه: وزنه برنجی	
جدول کالیبراسیون			
ردیف	جرم اسمی	جرم خوانده شده	عدم قطعیت بسط یافته با سطح اطمینان ۹۵٪
۱	۱۰۰۰g	999.995g	± 4.9mg
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			
۱۱			
۱۲			
۱۳			
۱۴			
۱۵			
۱۶			
۱۷			
۱۸			
۱۹			

نتیجه: در این حال دستگاه فوق الذکر مطابق با استاندارد ملی مربوطه بوده و در رده درستی M₁ قبول اعلام می گردد.

- جرم خوانده شده وزنه برنجی قبل از تصحیح 999.841g بود.

ساری : خیابان معلم، صندوق پستی ۵۵۹ - کدپستی ۴۷۴۱۹ - ۴۸۱۷۸ تلفن: ۱۴ - ۳۲۵۵۴۱۰ دورنویس: ۲۲۴۸۶۲۷ - ۲۲۴۹۰۰۱ (۰۱۵۱) تلفن گویا: ۲۲۵۹۱۰۰ - ۱۵۱



پست الکترونیکی: mazandaran@isiri.com

پایگاه اطلاع رسانی: www.ISIRI-Sary.ir



تارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001-2000